

DEMANDE DE MODIFICATION A TITRE EXCEPTIONNEL D'UN REGIME DE SURVEILLANCE (ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 19 AVRIL 2017)

À titre exceptionnel, en cas de modification importante des activités émettrices de polluants atmosphériques ayant des incidences sur les concentrations de polluants dans l'air ambiant sur la zone administrative de surveillance concernée, l'AASQA peut réviser le régime de surveillance avant l'échéance du PRSQA. Dans ce cas, l'AASQA soumet pour avis au LCSQA sa proposition de révision du régime de surveillance, au plus tard le 31 octobre de l'année précédent son entrée en vigueur. Le LCSQA fait part, dans un délai d'un mois, de son avis à l'AASQA et au ministère chargé de l'environnement qui valide la révision du régime qui s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivante jusqu'au terme du PRSQA (*Extrait de l'article 9*).

AASQA : ATMO GUYANE Contact : l.luttringer@atmo-guyane.org (Lynn LUTTRINGER, Ingénierie d'études)

ZAS concernée (type et numéro) : ZR – FR03ZRE01

Polluant / objectif environnemental concernés (un seul couple par formulaire) : PM₁₀ / Evaluation préliminaire

Modification demandée : elle peut concerter le positionnement de la ZAS vis-à-vis des seuils et/ou les méthodes de surveillance mises en œuvre (tableau ci-dessous à compléter et justifications à fournir).

Pour rappel, la méthode d'évaluation qui caractérise le régime est une méthode (ou une combinaison de méthodes) utilisée pour vérifier la conformité de la ZAS par rapport à un objectif environnemental pour un polluant donné

	Régime actuel	Régime souhaité
Classification de la ZAS vis-à-vis de l'objectif environnemental correspondant	<input checked="" type="checkbox"/> Concentration > SES (ou OLT) <input type="checkbox"/> SEI < Concentration ≤ SES <input type="checkbox"/> Concentration ≤ SEI (ou OLT)	<input checked="" type="checkbox"/> Concentration > SES (ou OLT) <input type="checkbox"/> SEI < Concentration ≤ SES <input type="checkbox"/> Concentration ≤ SEI (ou OLT)
Méthode(s) d'évaluation mise(s) en œuvre dans la ZAS et point(s) de prélèvement associé(s) <i>Dans le cas d'une combinaison de méthodes, veuillez cocher toutes les cases concernées</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mesure fixe / point de prélèvement (FR40006) <input type="checkbox"/> Mesure indicative / point de prélèvement <input type="checkbox"/> Modélisation <input type="checkbox"/> Estimation objective / point de prélèvement le cas échéant (code Geod'air à compléter)	<input checked="" type="checkbox"/> Mesure fixe / point de prélèvement (FR40006) <input type="checkbox"/> Mesure indicative / point de prélèvement <input type="checkbox"/> Modélisation <input type="checkbox"/> Estimation objective / point de prélèvement le cas échéant

	Avis/Validation	Date	Visa (voir commentaires page suivante)
Soumission par l'AASQA	-	05/05/2020	 La directrice de ATMO GUYANE K. PANECHOU
Avis du LCSQA	<input checked="" type="checkbox"/> Avis favorable <input type="checkbox"/> Avis favorable sous réserve de complément <input type="checkbox"/> Avis défavorable	09/06/2020	A FREZIER E LEOZ L MALHERBE
Validation du Ministère chargé de l'environnement	<input type="checkbox"/> Demande validée <input type="checkbox"/> Demande validée sous réserve de complément <input type="checkbox"/> Demande non validée	08/09/2020	P VIZY

Après validation de la demande par le ministère, l'AASQA met à jour, le cas échéant, le dossier station (PR-002 du LCSQA) et l'outil Gestion'air (nombre de points requis directive et PRSQA).

Date de mise à jour du dossier station : Fourni en 01/2017 pour la station Brady (FR40006)

Date de mise à jour de l'outil
Gestion'air à compléter

Eléments justificatifs :

(Préciser ici les activités émettrices concernées et leurs incidences sur les concentrations. Fournir, si possible, des données chiffrées et datées d'émissions et de concentrations sous forme numérique ou graphique. En cas de modification de la méthode mise en œuvre, préciser les changements souhaités ainsi que leur adéquation avec les objectifs de qualité définis à l'annexe 5 de l'arrêté du 19 avril 2017).

La présente demande de modification de régime de surveillance fait suite à la fin de l'évaluation préliminaire des particules fines PM₁₀, conduite dans la ZR entre 2017 et 2020.

Les moyennes annuelles et les dépassements au cours de l'évaluation préliminaire sont décrits dans le rapport Atmo Guyane, « *Rapport de synthèse des évaluations préliminaires pour les polluants réglementés* », Avril 2020.

Depuis le début de la surveillance, le SES est dépassé en termes de nombre de dépassement du SES, pour les années 2018, 2019 et 2020.

Une surveillance fixe sera donc maintenue au droit de cette même station.

Commentaires du LCSQA :

Au vu des résultats exposés dans le « *Rapport de synthèse des évaluations préliminaires pour les polluants réglementés* », paru en avril 2020, il y a eu 3 années de dépassements sur 4 (2018/2019/2020).

Le régime de surveillance des PM10 en ZR-Guyane par de la mesure fixe est approprié.

Les objectifs de qualité des données devront donc respecter les critères définis dans l'annexe 1 de la directive 2008/50/CE en termes de taux de saisie et de couverture temporelle.

Commentaires, le cas échéant, du Ministère chargé de l'environnement :

Avis favorable rendu le 08/09/2020 par mail de P. Vizy